

عنوان کنترل : کنترل داخل کیت
I

شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۶/۰۱:

سری ساخت : ۱۰۳۳۱۱

OH ۱۷
Progesterone

الایزایدر

عنوان آزمایش :

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۱۰.۲۷۵	۰.۱۲۴	۰.۸۳۶	۰.۹۶	۱.۰۸۴	۱.۲۰۸	۱.۳۳۲	۱.۴۵۶	۱.۵۸

مقدار	تاریخ
۱.۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۱.۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۵
۱.۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱.۰۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۱.۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۸
۱.۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۱.۲	۱۴۰۰/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۱.۲	۱۴۰۰/۱۰/۱۲
۱.۲	۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۱.۲	۱۴۰۰/۱۰/۱۴
۱.۲	۱۴۰۰/۱۰/۱۵
۱.۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۸
۱.۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۹
۱.۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۰
۱.۴۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۱
۱.۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۲

مقدار	تاریخ
۱.۴	۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۱.۲	۱۴۰۰/۱۰/۰۲
۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۴
۱.۲	۱۴۰۰/۱۰/۰۵
۱.۴	۱۴۰۰/۱۰/۰۶
۱.۲	۱۴۰۰/۱۰/۰۷
۱.۳	۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۱.۲	۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۱.۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۱

CV%: 9.136	SD: 0.116	Mean: 1.265
------------	-----------	-------------

