

عنوان کنترل : کنترل داخل کیت
I

شروع کنترل :
۱۴۰۰/۰۶/۰۱:

سری ساخت : ۱۰۳۳۱۱

OH ۱۷
Progesterone
الایزایدر

عنوان آزمایش :
عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۷.۴۰۴	۰.۰۹۷	۱.۰۱۵	۱.۱۱۲	۱.۲۰۹	۱.۳۰۶	۱.۴۰۳	۱.۵	۱.۵۹۷

مقدار	تاریخ
۱.۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۸
۱.۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۱
۱.۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۱.۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۳

مقدار	تاریخ
۱.۳	۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۱.۴	۱۴۰۰/۱۲/۱۱
۱.۴	۱۴۰۰/۱۲/۱۲
۱.۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۱.۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۵
۱.۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۶
۱.۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۷

مقدار	تاریخ
۱.۳	۱۴۰۰/۱۲/۰۱
۱.۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۲
۱.۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۱.۴	۱۴۰۰/۱۲/۰۴
۱.۳	۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۱.۳	۱۴۰۰/۱۲/۰۷
۱.۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۸

CV%: 6.347	SD: 0.085	Mean: 1.339
------------	-----------	-------------

