

عنوان کنترل : کنترل داخل کیت  
۲

شروع کنترل  
۱۴۰۰/۰۴/۲۷:

سری ساخت : ۸۵۵۰۸

OH ۱۷  
Progesterone  
الایزایدر

عنوان آزمایش :  
عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۱۳.۸	۰.۴۷	۲.۶۳	۲.۱	۲.۵۷	۴.۰۴	۴.۵۱	۴.۹۸	۵.۴۵

مقدار	تاریخ
۴.۳۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۱

مقدار	تاریخ
۳.۶۹	۱۴۰۰/۰۵/۰۳
۳.۷۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۶
۴.۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۰

مقدار	تاریخ
۴.۳۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۴.۱۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۹
۴.۱۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۲

CV%: 9.669	SD: 0.405	Mean: 4.187
------------	-----------	-------------

