

عنوان کنترل : کنترل داخل کیت
I

شروع کنترل :
۱۴۰۰/۰۶/۰۱:

سری ساخت : ۱۰۳۳۱۱

OH ۱۷
Progesterone
الایزایدر

عنوان آزمایش :
عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۱۰.۰۶	۰.۱۳	۰.۹	۱.۰۳	۱.۱۶	۱.۳۹	۱.۴۲	۱.۵۵	۱.۶۸

مقدار	تاریخ
۱.۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۵
۱.۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۱.۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۱.۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱.۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۱.۲	۱۴۰۰/۰۸/۰۶

مقدار	تاریخ
۱.۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۷
۱.۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۱.۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۹
۱.۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۱.۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۱.۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۲
۱.۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۴

مقدار	تاریخ
۱.۴	۱۴۰۰/۰۶/۱۱
۱.۴	۱۴۰۰/۰۶/۱۵
۱.۳	۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۱.۶	۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۱.۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۱.۴	۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۱.۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۴

CV%: 10.091	SD: 0.132	Mean: 1.305
-------------	-----------	-------------

