

عنوان کنترل : کنترل داخل کیت ۱
شروع کنترل
۱۴۰۱/۰۷/۲۳:

عنوان آزمایش : OH Progesterone ۱۷
عنوان دستگاه : الیزابدر
سری ساخت : ۱۲۲

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۱۷.۴۲۸	۰.۱۳	۰.۲۵۳	۰.۴۸۳	۰.۶۱۳	۰.۷۴۳	۰.۸۷۳	۱.۰۰۳	۱.۱۳۳

مقدار	تاریخ
۰.۵۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۰.۴۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۰.۸۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۰.۷۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۰.۵۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۰.۸۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۰.۵۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۹

مقدار	تاریخ
۰.۵۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۳
۰.۵۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۴
۰.۹۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۰.۵۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۷
۰.۵۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۸
۰.۴۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۰.۷۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۰.۷۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۱

مقدار	تاریخ
۰.۸۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۱
۰.۹۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۰.۹۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۴
۰.۸۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۰.۸۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۷
۰.۶۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۰.۸۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۵۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۲

CV%: 23.629	SD: 0.164	Mean: 0.693
-------------	-----------	-------------

