

عنوان کنترل : کنترل داخل کیت ۱
شروع کنترل
۱۴۰۱/۰۷/۲۳:

عنوان آزمایش : OH Progesterone ۱۷
عنوان دستگاه : الیزابدر
سری ساخت : ۱۲۲

%CV	SD	SD ^{۲-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۲۸.۹۸۲	۰.۱۶۷	۰.۰۷۷	۰.۲۴۴	۰.۴۱۱	۰.۵۷۸	۰.۷۴۵	۰.۹۱۲	۱.۰۷۹

مقدار	تاریخ
۰.۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۰.۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۹

مقدار	تاریخ
۰.۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۰.۴۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۷

مقدار	تاریخ
۰.۴۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۲
۰.۴۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۴

CV%: 10.487	SD: 0.049	Mean: 0.467
-------------	-----------	-------------

