

عنوان کنترل : کنترل داخل کیت  
۱

شروع کنترل  
۱۴۰۰/۰۴/۲۷:

سری ساخت : A۵۵۰۸

OH ۱۷  
Progesterone

الایزایدر

عنوان آزمایش :

عنوان دستگاه :

| %CV    | SD    | SD <sup>۲-</sup> | SD <sup>۲-</sup> | SD <sup>۱-</sup> | MEAN  | SD <sup>۱</sup> | SD <sup>۲</sup> | SD <sup>۲</sup> |
|--------|-------|------------------|------------------|------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۱۴.۲۰۴ | ۰.۰۹۳ | ۰.۳۷۵            | ۰.۴۶۸            | ۰.۵۶۱            | ۰.۶۵۴ | ۰.۷۴۷           | ۰.۸۴            | ۰.۹۳۳           |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۰.۶   | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
| ۰.۶   | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
| ۰.۶   | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
| ۰.۷   | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
| ۰.۸   | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
| ۰.۷   | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۰.۵   | ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
| ۰.۶   | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
| ۰.۵۴  | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
| ۰.۵   | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
| ۰.۴   | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
| ۰.۶۵  | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
| ۰.۵   | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
| ۰.۷   | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۰.۵   | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
| ۰.۶   | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
| ۰.۷۸  | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
| ۰.۶   | ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
| ۰.۵۶  | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
| ۰.۷   | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
| ۰.۴   | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
| ۰.۵   | ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |

|             |           |             |
|-------------|-----------|-------------|
| CV%: 18.377 | SD: 0.109 | Mean: 0.592 |
|-------------|-----------|-------------|

