

عنوان کنترل : کنترل داخل کیت
۱

عنوان آزمایش : OH ۱۷
Progesterone

شروع کنترل :
۱۴۰۰/۰۴/۲۷:

سری ساخت : A۵۵۰۸

عنوان دستگاه : الیزابدر

%CV	SD	SD ^{۲-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۱۷.۷۷	۰.۱۰۷	۰.۲۸۳	۰.۳۹	۰.۴۹۷	۰.۶۰۴	۰.۷۱۱	۰.۸۱۸	۰.۹۲۵

مقدار	تاریخ
۰.۴۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۰.۵۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۵
۰.۴۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۶
۰.۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۹
۰.۴۷	۱۴۰۱/۰۴/۳۰

مقدار	تاریخ
۰.۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۳
۰.۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۳
۰.۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۰.۵۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۶
۰.۴۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۰
۰.۵۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۰.۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۲

مقدار	تاریخ
۰.۴۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۱
۰.۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۰.۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۴
۰.۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۰.۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۶
۰.۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۸
۰.۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۱

CV%: 24.261	SD: 0.125	Mean: 0.516
-------------	-----------	-------------

