

عنوان کنترل : کنترل داخل کیت
۱

شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۴/۲۷:

سری ساخت : ۸۵۵۰۸

OH ۱۷
Progesterone

الایزایدر

عنوان آزمایش :

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD _۲ -	SD _۲ -	SD _۱ -	MEAN	SD _۱	SD _۲	SD _۲
۲۳.۲۹۷	۰.۱۲۹	۰.۱۶۵	۰.۲۹۴	۰.۴۳۳	۰.۵۵۲	۰.۶۸۱	۰.۸۱	۰.۹۳۹

مقدار	تاریخ
۰.۵۲	۱۴۰۱/۰۵/۳۰
۰.۴۳	۱۴۰۱/۰۵/۳۱

مقدار	تاریخ
۰.۳۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۰.۶۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۰.۴۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۰.۴۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۶
۰.۵۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۷

مقدار	تاریخ
۰.۴۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۳
۰.۴۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۰.۴۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۸
۰.۴۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۰.۳۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۰

CV%: 18.836	SD: 0.086	Mean: 0.456
-------------	-----------	-------------

