

عنوان کنترل : کنترل داخل کیت
۱

شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۴/۲۷:

سری ساخت : A۵۵۰۸

OH ۱۷
Progesterone

الایزایدر

عنوان آزمایش :

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۳۳.۴	۰.۱۱۶	۰.۱۴۶	۰.۲۶۲	۰.۳۷۸	۰.۴۹۴	۰.۶۱	۰.۷۳۶	۰.۸۴۲

مقدار	تاریخ
۰.۴۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۳
۰.۴۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۰.۵۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۸
۰.۵۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱

مقدار	تاریخ
۰.۴۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۰
۰.۳۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۰.۳۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۰.۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۰.۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۷

مقدار	تاریخ
۰.۳۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۱
۰.۳۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۳
۰.۴۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۵
۰.۳۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۰.۳۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۹

CV%: 24.615	SD: 0.097	Mean: 0.396
-------------	-----------	-------------

