

عنوان آزمایش : OH Progesterone ۱۷
عنوان دستگاه : الیزاریدر
سری ساخت : ۱۲۴
عنوان کنترل : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
کنترل داخل کیت ۲

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۸,۱۵۹	۰,۳۸۹	۳,۶	۳,۹۸۹	۴,۳۷۸	۴,۷۶۷	۵,۱۵۶	۵,۵۴۵	۵,۹۳۴

مقدار	تاریخ
۵,۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۵,۳۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۱
۵,۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۳
۵,۴۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۴
۵,۱۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۵,۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۶

مقدار	تاریخ
۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۴,۹۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۴,۳۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۴
۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۴,۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۸
۴,۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۹

مقدار	تاریخ
۵,۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۵,۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۵,۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۵,۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۴,۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۵,۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۹

CV%: 6.763	SD: 0.347	Mean: 5.138
------------	-----------	-------------

