

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان کنترول : کنترول داخل کیت

شروع کنترول
۱۳۹۸/۰۶/۱۰:

سری ساخت : A5079

OH 17
Progesterone
الایزایدر

عنوان آزمایش :

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۲.۵۵۴	۰.۰۴۱	۱.۴۸	۱.۵۲۱	۱.۵۶۲	۱.۶۰۳	۱.۶۴۴	۱.۶۸۵	۱.۷۲۶

مقدار	تاریخ
۱.۵۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۲
۱.۵۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۳
۱.۶۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۴
۱.۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۵
۱.۵۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۷
۱.۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۹
۱.۵۸	۱۳۹۹/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۱.۶۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۱
۱.۶۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۳
۱.۶۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۵
۱.۵۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۶
۱.۵۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۷
۱.۶۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۸
۱.۵۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۰
۱.۶۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۱

مقدار	تاریخ
۱.۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۱
۱.۶۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۲
۱.۵۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۳
۱.۶۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۴
۱.۶۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۶
۱.۶۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۷
۱.۵۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۹
۱.۵۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۰

CV%: 2.042	SD: 0.033	Mean: 1.6
------------	-----------	-----------