

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان کنترل : کنترل داخل کیت

شروع کنترل
۱۳۹۸/۰۶/۱۰:

سری ساخت : A5079

OH 17
Progesterone
الایزایدر

عنوان آزمایش :

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ² -	SD ² -	SD ¹ -	MEAN	SD ¹	SD ²	SD ²
۲.۰۱۴	۰.۰۳۲	۱.۵۰۳	۱.۵۳۵	۱.۵۶۷	۱.۵۹۹	۱.۶۳۱	۱.۶۶۳	۱.۶۹۵

مقدار	تاریخ
۱.۶۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۰
۱.۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۱
۱.۶۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۱.۵۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۷
۱.۵۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۱
۱.۶۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۲
۱.۶۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۱.۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۹

مقدار	تاریخ
۱.۶۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۱
۱.۵۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۲
۱.۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۴
۱.۶۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۵
۱.۶۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۶

CV%: 1.584	SD: 0.026	Mean: 1.612
------------	-----------	-------------

