

عنوان آزمایش : OH Progesterone ۱۷
عنوان دستگاه : الیزاریدر
سری ساخت : A۵۰۷۹
عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
کنترل داخل کیت

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴.۳۵۴	۰.۰۶۸	۱.۳۶۹	۱.۴۳۷	۱.۵۰۵	۱.۵۷۳	۱.۶۴۱	۱.۷۰۹	۱.۷۷۷

مقدار	تاریخ
۱.۶۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۴
۱.۶۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۱.۵۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۱.۵۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۱.۶۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۸
۱.۷۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۹

مقدار	تاریخ
۱.۶۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۲
۱.۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۴
۱.۶۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۵
۱.۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۷
۱.۵۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۹
۱.۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۰
۱.۶۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۱
۱.۵۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۲

مقدار	تاریخ
۱.۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۱
۱.۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۳
۱.۵۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۵
۱.۶۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۶
۱.۵۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۷
۱.۵۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۸
۱.۵۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۰
۱.۵۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۱

CV%: 3.247	SD: 0.052	Mean: 1.591
------------	-----------	-------------

