

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان کنترل : کنترل داخل کیت

شروع کنترل
۱۳۹۸/۰۶/۱۰:

سری ساخت : A5079

OH 17
Progesterone
الایزاید

عنوان آزمایش :

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۳.۹۹۹	۰.۰۶۳	۱.۳۹۳	۱.۴۵۶	۱.۵۱۹	۱.۵۸۲	۱.۶۴۵	۱.۷۰۸	۱.۷۷۱

مقدار	تاریخ
۱.۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۲
۱.۵۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۳
۱.۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۵
۱.۵۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۶
۱.۶۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۷
۱.۵۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۹
۱.۶۳	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۱.۶۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۱
۱.۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۲
۱.۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۳
۱.۵۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۵
۱.۶۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۶
۱.۵۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۷
۱.۶۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۸
۱.۵۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۹
۱.۶۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۰

مقدار	تاریخ
۱.۶۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۱.۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۲
۱.۵۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۳
۱.۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۴
۱.۶۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۵
۱.۵۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۶
۱.۵۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۸
۱.۵۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۱.۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۰

CV%: 2.178	SD: 0.035	Mean: 1.601
------------	-----------	-------------