

high - anshlabs : عنوان کنترل

شروع کنترل
۱۳۹۹/۰۵/۱۱:

سری ساخت : ۰۲۳۴۲۰

Anti Mullerian hormone

الیزاریدر

عنوان آزمایش :

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۷.۵۷۵	۰.۳۰۶	۲.۱۱۵	۲.۴۲۱	۲.۷۲۷	۴.۰۳۳	۴.۳۳۹	۴.۶۴۵	۴.۹۵۱

مقدار	تاریخ
۳.۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۵

مقدار	تاریخ
۴.۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۳.۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۶
۴.۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۳.۷	۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۴.۳	۱۴۰۰/۰۸/۲۲

مقدار	تاریخ
۳.۸	۱۴۰۰/۰۸/۰۶
۳.۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۹
۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۰
۴.۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۳

CV%: 8.056	SD: 0.318	Mean: 3.942
------------	-----------	-------------

