

high - anshlabs : عنوان کنترل :

Anti Mullerian hormone : عنوان آزمایش :

شروع کنترل
۱۳۹۹/۰۵/۱۱:

سری ساخت : ۰۲۳۴۲۰

الیزاید : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ² -	SD ² -	SD ¹ -	MEAN	SD ¹	SD ²	SD ²
۹.۵۷	۰.۳۹	۲.۹۰۷	۲.۲۹۷	۲.۶۸۷	۴.۰۷۷	۴.۴۶۷	۴.۸۵۷	۵.۲۴۷

مقدار	تاریخ
۳.۶	۱۴۰۱/۰۳/۳۰
۴.۴	۱۴۰۱/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۳.۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۵
۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۸
۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۹

مقدار	تاریخ
۴.۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۴.۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۱
۴.۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۳
۳.۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۴

CV%: 6.73	SD: 0.269	Mean: 3.991
-----------	-----------	-------------

