

high - anshlabs : عنوان کنترل :

شروع کنترل  
۱۳۹۹/۰۵/۱۱:

Anti Mullerian hormone : عنوان آزمایش :

الیزایدن : عنوان دستگاه :

سری ساخت : ۰۲۳۴۲۰

%CV	SD	SD <sup>2</sup> -	SD <sup>2</sup> -	SD <sup>1</sup> -	MEAN	SD <sup>1</sup>	SD <sup>2</sup>	SD <sup>2</sup>
۴.۰۲۱	۰.۱۶۵	۳.۵۹۶	۳.۷۶۱	۳.۹۳۶	۴.۰۹۱	۴.۳۵۶	۴.۴۲۱	۴.۵۸۶

مقدار	تاریخ
۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۴.۲	۱۴۰۲/۰۲/۳۰

مقدار	تاریخ
۴.۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۸
۴.۲	۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۵

مقدار	تاریخ
۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۴.۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۱
۴.۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۳

CV%: 2.738	SD: 0.113	Mean: 4.112
------------	-----------	-------------

