

عنوان آزمایش : Anti Mullerian hormone  
عنوان دستگاه : الیزاریدر

سری ساخت : ۰۲۲۴۲۰

عنوان کنترل : high -anshlabs  
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
4.48	4.33	4.18	4.03	3.88	3.73	3.58	0.15	3.715

تاریخ	مقدار
27/01/1403	3.99
29/01/1403	4.15

تاریخ	مقدار
20/01/1403	4.1
25/01/1403	3.9

تاریخ	مقدار
15/01/1403	4.2
18/01/1403	4

Mean: 4.057	SD: 0.113	CV%: 2.774
-------------	-----------	------------

