

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

LOW-anshlabs : عنوان کنترل :

شروع کنترل
۱۳۹۹/۰۵/۱۱:

Anti Mullerian
hormone

الایزایدر

: عنوان آزمایش :

: عنوان دستگاه :

سری ساخت : ۰۲۳۴۳۰

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۱.۹۱۵	۰.۱۷۹	۰.۹۶۷	۱.۱۴۶	۱.۳۳۵	۱.۵۰۴	۱.۶۸۳	۱.۸۶۳	۲.۰۴۱

مقدار	تاریخ
۱.۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۱
۱.۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۳
۱.۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۵
۱.۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۶
۱.۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۸
۱.۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۹
۱.۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۱.۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۱
۱.۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۳
۱.۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۳
۱.۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۴
۱.۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۵
۱.۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۶
۱.۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۹
۱.۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۰

مقدار	تاریخ
۱.۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۱
۱.۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۲
۱.۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۴
۱.۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۵
۱.۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۶
۱.۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۷
۱.۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۸
۱.۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۹

CV%: 10.345	SD: 0.147	Mean: 1.417
-------------	-----------	-------------

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

high -anshlabs : عنوان کنترل :

شروع کنترل
۱۳۹۹/۰۵/۱۱:

Anti Mullerian
hormone

الیزابدر

: عنوان آزمایش :

: عنوان دستگاه :

سری ساخت : ۰۲۳۴۲۰

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۷.۷۴۴	۰.۳۲۱	۳.۱۸۷	۳.۵۰۸	۳.۸۳۹	۴.۱۵	۴.۴۷۱	۴.۷۹۳	۵.۱۱۳

مقدار	تاریخ
۳.۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۳
۴.۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۵
۳.۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۶
۴.۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۸
۴.۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۴.۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۲
۳.۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۳
۳.۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۴
۴.۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۵
۴.۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۶
۳.۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۹
۴.۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۰
۳.۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۱

مقدار	تاریخ
۳.۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۱
۴.۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۲
۳.۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۵
۳.۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۶
۴.۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۷
۴.۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۸
۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۹
۴.۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۱

CV%: 8.049	SD: 0.324	Mean: 4.024
------------	-----------	-------------