

perci control I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۱۲/۰۹

سری ساخت : ۶۲۳۵۴۲

Alpha Fetoprotein : عنوان آزمایش :
Cobas 6000 : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۸	۰,۵۲	۵,۸۸	۶,۴	۶,۹۲	۷,۴۴	۷,۹۶	۸,۴۸	۹

مقدار	تاریخ
۸,۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۷,۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۷,۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۸,۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۷,۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۸,۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۷,۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۸,۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۴

مقدار	تاریخ
۸,۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۷,۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۸,۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۷,۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۸,۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۹

CV%: 5.907	SD: 0.473	Mean: 8
------------	-----------	---------

