

maternal control I : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۳/۲۰

MS۸۲۴۴ : سری ساخت

Alpha Fetoprotein : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۳۰۳	۰,۴۳۲	۱۱,۷۸۴	۱۲,۲۱۶	۱۲,۶۴۸	۱۳,۰۸	۱۳,۵۱۲	۱۳,۹۴۴	۱۴,۳۷۶

مقدار	تاریخ
۱۳,۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۳
۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۴
۱۳,۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۶
۱۲,۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۷
۱۳,۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۹
۱۳,۳	۱۴۰۳/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۳,۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۳
۱۳,۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۳
۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۶
۱۳,۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۸
۱۲,۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۹
۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۰
۱۲,۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۲,۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۱
۱۳,۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۲
۱۲,۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۳
۱۳,۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۴
۱۲,۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۵
۱۳,۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۸
۱۲,۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۱

CV%: 2.207	SD: 0.289	Mean: 13.105
------------	-----------	--------------

