

maternal control I : عنوان کنترل : شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
Alpha Fetoprotein : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه : سری ساخت : MS۸۲۴۴

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۱۵۱	۰,۴۱۴	۱۱,۸۸۸	۱۲,۳۰۲	۱۲,۷۱۶	۱۳,۱۳	۱۳,۵۴۴	۱۳,۹۵۸	۱۴,۳۷۲

مقدار	تاریخ
۱۳,۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۳
۱۲,۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۴
۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۵
۱۲,۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۷
۱۳,۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۸
۱۲,۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۹
۱۳,۴	۱۴۰۳/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۲,۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۱
۱۳,۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳
۱۳,۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۴
۱۲,۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۵
۱۲,۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۶
۱۳,۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۷
۱۳,۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۸
۱۲,۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۰
۱۳,۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۱

مقدار	تاریخ
۱۳,۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۱
۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۲
۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۳
۱۲,۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۴
۱۳,۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۶
۱۲,۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۷
۱۳,۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۸
۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۹
۱۳,۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۰

CV%: 1.939	SD: 0.254	Mean: 13.104
------------	-----------	--------------

