

maternal control I : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۳/۲۰

MS۸۲۴۴ : سری ساخت

Alpha Fetoprotein : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۸۸۹	۰,۲۴۸	۱۲,۳۶۳	۱۲,۶۱۱	۱۲,۸۵۹	۱۳,۱۰۷	۱۳,۳۵۵	۱۳,۶۰۳	۱۳,۸۵۱

مقدار	تاریخ
۱۲,۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۵
۱۳,۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۶
۱۲,۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۷
۱۳,۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۹

مقدار	تاریخ
۱۲,۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۳
۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۴
۱۳,۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۵
۱۳,۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۶
۱۲,۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۸
۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۹
۱۳,۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۱

مقدار	تاریخ
۱۲,۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۱
۱۳,۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۲
۱۳,۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۴
۱۲,۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۵
۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۶
۱۳,۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۷
۱۳,۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۹

CV%: 1.197	SD: 0.156	Mean: 13.072
------------	-----------	--------------

