

maternal control I : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۳/۲۰

MS۸۲۴۴ : سری ساخت

Alpha Fetoprotein : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :


%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۲۱۸	۰,۴۱۸	۱۱,۷۴۶	۱۲,۱۶۴	۱۲,۵۸۲	۱۳	۱۳,۴۱۸	۱۳,۸۳۶	۱۴,۲۵۴

مقدار	تاریخ
۱۳,۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۴
۱۳,۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۷
۱۲,۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۸

مقدار	تاریخ
۱۳,۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۳
۱۲,۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۶
۱۳,۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۹
۱۳,۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۰

مقدار	تاریخ
۱۳,۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۲
۱۳,۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۳
۱۲,۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶
۱۳,۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۰

CV%: 2.883	SD: 0.38	Mean: 13.173
------------	----------	--------------



maternal control II : عنوان کنترل : عنوان آزمایش :
 ۱۴۰۳/۰۴/۲۸: شروع کنترل : سری ساخت : MS۸۳۷۴ :
 simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۲	۲,۴۸۹	۴۸,۵۳۴	۵۱,۰۲۳	۵۳,۵۱۱	۵۶	۵۸,۴۸۹	۶۰,۹۷۷	۶۳,۴۶۶

مقدار	تاریخ
۵۶,۷	۱۴۰۳/۰۴/۳۱

مقدار	تاریخ
۵۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۸

CV%: 2.152	SD: 1.202	Mean: 55.85
------------	-----------	-------------

