

maternal control I : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۳/۲۰

MS۸۲۴۴ : سری ساخت

Alpha Fetoprotein : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۲۶	۰,۲۹۶	۱۲,۱۸۹	۱۲,۴۸۵	۱۲,۷۸۱	۱۳,۰۷۷	۱۳,۳۷۳	۱۳,۶۶۹	۱۳,۹۶۵

مقدار	تاریخ
۱۳,۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۴
۱۲,۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۵
۱۳,۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۷
۱۲,۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۹

مقدار	تاریخ
۱۲,۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۰
۱۳,۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۱
۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۷
۱۲,۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۸
۱۳,۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۹
۱۲,۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۰

مقدار	تاریخ
۱۳,۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۱
۱۲,۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۳
۱۳,۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۵
۱۲,۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۶
۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۷
۱۳,۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۸

CV%: 1.657	SD: 0.216	Mean: 13.013
------------	-----------	--------------

