

maternal control I : عنوان کنترل : شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ : سری ساخت : MS۸۲۴۴ : Alpha Fetoprotein : عنوان آزمایش : عنوان دستگاه : simense

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۵۵۱	۰,۲۰۲	۱۲,۴۱۱	۱۲,۶۱۳	۱۲,۸۱۵	۱۳,۰۱۷	۱۳,۲۱۹	۱۳,۴۲۱	۱۳,۶۲۳

مقدار	تاریخ
۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۳
۱۳,۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۴
۱۲,۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۵
۱۲,۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۶
۱۳,۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۸
۱۲,۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۹
۱۳,۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۳,۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۲
۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۴
۱۳,۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۵
۱۲,۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۶
۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۷
۱۳,۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۸
۱۳,۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۹
۱۲,۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۱
۱۳,۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۳,۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۱
۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۲
۱۲,۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۳
۱۳,۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۴
۱۲,۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۵
۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۷
۱۳,۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۸
۱۲,۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۹
۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۰

CV%: 0.91	SD: 0.119	Mean: 13.036
-----------	-----------	--------------

