

maternal control I : عنوان کنترل : عنوان آزمایش :
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ : سری ساخت : MS۸۲۴۴ : Alpha Fetoprotein :
simense : عنوان دستگاه :


%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۰۳۶	۰,۱۳۵	۱۲,۶۱۵	۱۲,۷۵	۱۲,۸۸۵	۱۳,۰۲	۱۳,۱۵۵	۱۳,۲۹	۱۳,۴۲۵

مقدار	تاریخ
۱۳,۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۴
۱۳,۰۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۶
۱۲,۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۷
۱۳,۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۸
۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۳,۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۳
۱۳,۰۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۴
۱۳,۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۶
۱۲,۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۷
۱۳,۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۹
۱۲,۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۰
۱۳,۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱
۱۲,۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۲,۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۱
۱۳,۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۳
۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۵
۱۳,۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۶
۱۲,۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۸
۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۹
۱۳,۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۰
۱۲,۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۲

CV%: 0.722	SD: 0.094	Mean: 13.018
------------	-----------	--------------



22