

maternal control I : عنوان کنترل : عنوان آزمایش :
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ : سری ساخت : MS۸۲۴۴ : Alpha Fetoprotein :
عنوان دستگاه : simense

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۵	۰,۸۶۷	۱۰,۴۹۹	۱۱,۳۶۶	۱۲,۲۳۳	۱۳,۱	۱۳,۹۶۷	۱۴,۸۳۴	۱۵,۷۰۱

مقدار	تاریخ
۱۳,۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۹
۱۳,۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۱
۱۲,۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۲
۱۲,۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۳
۱۳,۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۴
۱۲,۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۵
۱۳,۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۸

مقدار	تاریخ
۱۳,۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۴
۱۲,۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۹
۱۲,۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۰
۱۳,۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۲
۱۳,۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۴
۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۵
۱۲,۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۶
۱۲,۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۷
۱۳,۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۸

مقدار	تاریخ
۱۳,۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۱
۱۲,۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۳
۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۴
۱۲,۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۶
۱۳,۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۷
۱۳,۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۸
۱۳,۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۰
۱۲,۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۱
۱۲,۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۳

CV%: 4.416	SD: 0.58	Mean: 13.136
------------	----------	--------------

