

biorad II : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۰/۱۰/۰۱:

سری ساخت : ۴۰۲۸۲- /

Androstenedione : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^{۲-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۹.۱	۰.۴۴۷	۱.۶۳۹	۲.۰۷۶	۲.۵۲۳	۲.۹۷	۳.۴۱۷	۳.۸۶۴	۴.۳۱۱

مقدار	تاریخ
۲.۵۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۰

مقدار	تاریخ
۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۲.۲۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۲.۹۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۵
۲.۶۴	۱۴۰۰/۱۰/۱۸

مقدار	تاریخ
۲.۶۸	۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۲.۲۷	۱۴۰۰/۱۰/۰۴
۲.۹۹	۱۴۰۰/۱۰/۰۶
۲.۷۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۸

CV%: 10.859	SD: 0.302	Mean: 2.78
-------------	-----------	------------

