

عنوان کنترل : biorad III
شروع کنترل
۱۴۰۰/۱۰/۰۱:

سری ساخت : /-/۴۰۳۸۳

عنوان آزمایش : Androstenedione
عنوان دستگاه : simense

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۸.۵	۰.۹۴۲	۲.۷۳۹	۲.۶۷۱	۵.۵۵۵	۶.۴۹۷	۷.۴۳۹	۸.۳۸۱

مقدار	تاریخ
۶.۶۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۶.۶۹	۱۴۰۰/۱۱/۲۰
۵.۶	۱۴۰۰/۱۱/۲۳
۶.۸۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۷.۷۱	۱۴۰۰/۱۱/۲۷
۶.۴۳	۱۴۰۰/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۵.۵۳	۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۵.۳۵	۱۴۰۰/۱۰/۳۲
۴.۹۱	۱۴۰۰/۱۰/۳۵
۵.۳	۱۴۰۰/۱۰/۳۷
۵.۷۸	۱۴۰۰/۱۰/۳۹
۵.۳۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۴
۶.۴	۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۷.۲۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۶

مقدار	تاریخ
۷.۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۶.۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۰۴
۶.۱۶	۱۴۰۰/۱۰/۰۶
۵.۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۵.۷۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۵.۵۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۵.۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۵
۵.۲۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۸

CV%: 12.893	SD: 0.775	Mean: 6.012
-------------	-----------	-------------

