

عنوان کنترل : کنترل داخل کیت
شروع کنترل :
۱۴۰۱/۰۲/۰۷:

عنوان آزمایش : Androstenedione
عنوان دستگاه : الیزابدر
سری ساخت : ۸۲

%CV	SD	SD ^{۲-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۱۶.۱۵۱	۰.۲۲۴	۰.۷۱۵	۰.۹۳۹	۱.۱۶۳	۱.۳۸۷	۱.۶۱۱	۱.۸۳۵	۲.۰۵۹

مقدار	تاریخ
۱.۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۱.۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۲

مقدار	تاریخ
۱.۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۳
۱.۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۵

مقدار	تاریخ
۱.۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۸

CV%: 22.984	SD: 0.314	Mean: 1.367
-------------	-----------	-------------

