

عنوان کنترل :  
شروع کنترل  
۱۴۰۱/۰۲/۰۷:  
کنترل داخل کیت

Androstenedione :  
الایزایدر  
عنوان آزمایش :  
عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۸۲

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۱۰	۰.۲۱۳	۱.۰۵۱	۱.۲۶۴	۱.۴۷۷	۱.۶۹	۱.۹۰۳	۲.۱۱۶	۲.۳۲۹

مقدار	تاریخ
۱.۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۵
۱.۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۹
۱.۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۳
۱.۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۸
۱.۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۰

مقدار	تاریخ
۱.۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۱
۱.۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۱
۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۱.۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۸
۱.۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱.۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۳
۱.۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۰
۱.۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۲

مقدار	تاریخ
۱.۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
۱.۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۷
۱.۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۱
۱.۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۶
۱.۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۱.۵	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
۱.۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۹

CV%: 13.722	SD: 0.207	Mean: 1.51
-------------	-----------	------------

