

عنوان آزمایش : Androstenedione  
عنوان دستگاه : الیزابدر  
عنوان کنترل : عنوان کنترل : سری ساخت : ۸۲  
کنترل داخل کیت : شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۲/۰۷

%CV	SD	SD <sub>۲</sub> -	SD <sub>۲</sub> -	SD <sub>۱</sub> -	MEAN	SD <sub>۱</sub>	SD <sub>۲</sub>	SD <sub>۲</sub>
۱۸.۲۶۳	۰.۲۵	۰.۶۱۷	۰.۸۶۷	۱.۱۱۷	۱.۳۶۷	۱.۶۱۷	۱.۸۶۷	۲.۱۱۷

مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ
۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱.۹	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱.۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۴
		۱.۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۱.۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۶
		۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱.۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۹
CV%: 25.793		SD: 0.313		Mean: 1.214	

