

عنوان کنترل : کنترل داخل کیت  
شروع کنترل :  
۱۴۰۱/۰۲/۰۷:

عنوان آزمایش : Androstenedione  
عنوان دستگاه : الیزابدر  
سری ساخت : ۸۲

| %CV   | SD    | SD <sup>۲</sup> - | SD <sup>۲</sup> - | SD <sup>۱</sup> - | MEAN  | SD <sup>۱</sup> | SD <sup>۲</sup> | SD <sup>۲</sup> |
|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۲۰.۸۸ | ۰.۲۷۳ | ۰.۴۸۸             | ۰.۷۶۱             | ۱.۰۳۴             | ۱.۳۰۷ | ۱.۵۸            | ۱.۸۵۳           | ۲.۱۲۶           |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۱.۲   | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
| ۱.۱   | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۱.۱   | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
| ۱.۴   | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
| ۱.۲   | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
| ۱.۲   | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۱.۲   | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
| ۲     | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
| ۱.۱   | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
| ۱     | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |

|             |           |            |
|-------------|-----------|------------|
| CV%: 22.706 | SD: 0.284 | Mean: 1.25 |
|-------------|-----------|------------|

