

Diametra : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۱۱/۲۸

Androstenedione : عنوان آزمایش :
الایزایدر : عنوان دستگاه :
سری ساخت : A۵۷۶۲

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۶,۰۵۷	۰,۲۱۹	۰,۷۱	۰,۹۲۹	۱,۱۴۸	۱,۳۶۷	۱,۵۸۶	۱,۸۰۵	۲,۰۲۴

مقدار	تاریخ
۱,۲۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۱,۴۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۱,۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۱,۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۵

مقدار	تاریخ
۱,۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۱,۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۸

CV%: 8.434	SD: 0.11	Mean: 1.308
------------	----------	-------------

