

عنوان آزمایش : Anti Thyroglobulin Ab-CLIA
 عنوان دستگاه : liaison
 عنوان کنترل : پولد سرم
 شروع کنترل :
 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ :
 سری ساخت : *

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۲.۵۳	۵.۸۳۷	۱۴۷.۸۳۹	۱۵۳.۶۶۶	۱۵۹.۵۰۳	۱۶۵.۳۴	۱۷۱.۱۷۷	۱۷۷.۰۱۴	۱۸۲.۸۵۱

مقدار	تاریخ
۱۷۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۵

مقدار	تاریخ
۱۶۶	۱۴۰۰/۱۱/۳۳
۱۷۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۴

مقدار	تاریخ
۱۷۸	۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۱۶۶	۱۴۰۰/۱۱/۳۱

CV%: 2.882	SD: 4.899	Mean: 170
------------	-----------	-----------

