

عنوان آزمایش : Anti Thyroglobulin Ab
عنوان دستگاه : الیزا ریپر
عنوان کنترل : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
سری ساخت : ۱۲۳

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۴۳۱	۲,۷۶۷	۷۲,۳۴۳	۷۵,۱۱	۷۷,۸۷۷	۸۰,۶۴۴	۸۳,۴۱۱	۸۶,۱۷۸	۸۸,۹۴۵

مقدار	تاریخ
۸۰,۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۷۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۸۰,۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۸
۷۹	۱۴۰۲/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۷۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۹
۸۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۸۲,۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۱
۸۰,۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۳
۷۷,۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۴
۷۷,۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵

مقدار	تاریخ
۸۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۷۸,۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۷۷,۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۷۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۴
۷۶,۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۸۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۸

CV%: 3.22	SD: 2.553	Mean: 79.269
-----------	-----------	--------------

