

عنوان آزمایش : Anti Thyroglobulin Ab  
عنوان دستگاه : الیزا ریپر  
عنوان کنترل : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۸/۲۴  
سری ساخت : ۱۲۳

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۳,۲۱۶	۲,۵۶۹	۷۲,۱۸۶	۷۴,۷۵۵	۷۷,۳۲۴	۷۹,۸۹۳	۸۲,۴۶۲	۸۵,۰۳۱	۸۷,۶

مقدار	تاریخ
۸۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۸۲,۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۱
۷۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۸۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۸۷,۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۵
۸۰,۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۸۶,۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۸۲,۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۰
۸۰,۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۸۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۲
۸۲,۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۷۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۷۹,۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۷

مقدار	تاریخ
۸۳,۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۸۴,۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۷۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۷۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۷۹,۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۴
۸۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۸۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۸

CV%: 3.513	SD: 2.885	Mean: 82.12
------------	-----------	-------------

