

عنوان کنترل :
کنترل منفی داخل کیت
شروع کنترل
۱۴۰۲/۰۸/۲۲:

عنوان آزمایش :
عنوان دستگاه :
Anti Thyroglobulin Ab
الایزا ریپر
سری ساخت : A۶۰۳۲

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۸,۳۹	۰,۱۶۲	۰,۳۹۶	۰,۵۵۸	۰,۷۲	۰,۸۸۲	۱,۰۴۴	۱,۲۰۶	۱,۳۶۸

مقدار	تاریخ
۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۵

مقدار	تاریخ
۰,۷۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۰,۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۳

مقدار	تاریخ
۰,۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۱,۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۰

CV%: 14.46	SD: 0.133	Mean: 0.918
------------	-----------	-------------

