

عنوان آزمایش : Anti Thyroglobulin Ab
عنوان دستگاه : الایزا ریپر
سری ساخت : ۱۲۳
عنوان کنترل : کنترول مثبت داخل کیت
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۸/۲۴

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۹۴۲	۲,۳۷۴	۷۳,۵۶۶	۷۵,۹۴	۷۸,۳۱۴	۸۰,۶۸۸	۸۳,۰۶۲	۸۵,۴۳۶	۸۷,۸۱

مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ
۸۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۷۷,۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۷۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۸۰,۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۸۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۸۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۷۹,۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۷۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۸۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۷۵,۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۸۲,۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۸۰,۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۷۹,۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۷۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۷۴,۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۸۶,۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۷۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۸۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۷
		۸۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۸۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۸
		۸۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۸۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۹
		۸۱,۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۸۴,۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۱
CV%: 3.6		SD: 2.903		Mean: 80.633	

