

عنوان آزمایش : Anti Thyroglobulin Ab
عنوان دستگاه : IDS

سری ساخت : ۱۲۳

عنوان کنترل : پولدسرم
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۱۱/۰۱

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
249.309	242.549	235.789	229.029	222.269	215.509	208.749	6.76	2.952

تاریخ	مقدار
20/01/1403	230
21/01/1403	232

تاریخ	مقدار
18/01/1403	240
19/01/1403	209

Mean: 227.75	SD: 13.226	CV%: 5.807
--------------	------------	------------

