

عنوان آزمایش : Anti Thyroglobulin Ab-CLIA
عنوان دستگاه : لیازون
عنوان کنترل : Randox III
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۵/۲۶
سری ساخت : ۰۰

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴.۷۵۵	۷.۶۳	۱۳۷.۵۶	۱۴۵.۱۹	۱۵۲.۸۲	۱۶۰.۴۵	۱۶۸.۰۸	۱۷۵.۷۱	۱۸۳.۳۴

مقدار	تاریخ
۱۷۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۱۷۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۱۶۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۱۷۰.۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۸
۱۷۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۹

مقدار	تاریخ
۱۵۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۸
۱۵۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۹
۱۵۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۰
۱۵۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۱
۱۵۴.۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۲
۱۷۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۴

مقدار	تاریخ
۱۵۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۱
۱۵۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۳
۱۶۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۱
۱۵۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۲
۱۶۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۵
۱۶۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۷

CV%: 5.079	SD: 8.225	Mean: 161.953
------------	-----------	---------------

