

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

دیاسورین I : عنوان کنترل :

شروع کنترل
۱۳۹۹/۰۹/۰۹:

Anti Thyroglobulin Ab-
CLIA : عنوان آزمایش :

لیازون : عنوان دستگاه :

سری ساخت : ۸۵۱۹۲۱۱

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۸.۹	۱۲	۹۲	۱۰۴	۱۱۶	۱۲۸	۱۴۰	۱۵۲	۱۶۴

مقدار	تاریخ
۱۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱۳۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۱
۱۴۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۲
۱۱۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۳
۱۵۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۴
۱۴۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۴

مقدار	تاریخ
۱۲۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۹
۱۳۶.۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۰
۱۵۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۲
۱۴۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۳
۱۳۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۴
۱۵۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۵
۱۳۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۶
۱۵۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۷
۱۵۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۹

مقدار	تاریخ
۱۳۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۱۵۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰
۱۳۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۱
۱۳۸.۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۲
۱۵۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۳
۱۴۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۵
۱۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۶
۱۵۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۷
۱۴۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۸

CV%: 6.755	SD: 9.491	Mean: 140.504
------------	-----------	---------------