

عنوان کنترل : pts con
شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۹/۰۴:

عنوان آزمایش : B2 Microglobulin-CLIA
عنوان دستگاه : هیتاچی ۹۱۷
سری ساخت : BP121

%CV	SD	SD _۲ -	SD _۲ -	SD _۱ -	MEAN	SD _۱	SD _۲	SD _۲
۴.۶۸۳	۰.۰۷۸	۱.۴۳	۱.۵۰۸	۱.۵۸۶	۱.۶۶۴	۱.۷۴۲	۱.۸۲	۱.۸۹۸

مقدار	تاریخ
۱.۶۶	۱۴۰۱/۰۶/۳۷
۱.۵۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۹
۱.۶۲	۱۴۰۱/۰۶/۳۱

مقدار	تاریخ
۱.۷۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۱.۷۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۵
۱.۷۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۷
۱.۷۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۰
۱.۶۶	۱۴۰۱/۰۶/۳۴

مقدار	تاریخ
۱.۶۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۱
۱.۷۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۳
۱.۷۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۱.۶۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۸
۱.۶۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۰

CV%: 3.493	SD: 0.059	Mean: 1.683
------------	-----------	-------------

