

عنوان آزمایش : B2 Microglobulin-CLIA
عنوان دستگاه : هیتاچی ۹۱۷
سری ساخت : BP223
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
کنترل پاتولوژیک : عنوان کنترل :

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۰۲	۰,۷	۶,۵	۷,۲	۷,۹	۸,۶	۹,۳	۱۰	۱۰,۷

مقدار	تاریخ
۸,۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۶

مقدار	تاریخ
۷,۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۹,۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۷,۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۴

مقدار	تاریخ
۹,۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۸,۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۷,۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۰

CV%: 7.969	SD: 0.662	Mean: 8.311
------------	-----------	-------------

