

عنوان آزمایش : B2 Microglobulin-CLIA
عنوان دستگاه : هیتاچی ۹۱۷
سری ساخت : BP223
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
کنترل پاتولوژیک : عنوان کنترل :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰,۹۵۲	۰,۰۷۹	۸,۱۱	۸,۱۸۹	۸,۲۶۸	۸,۳۴۷	۸,۴۲۶	۸,۵۰۵	۸,۵۸۴

مقدار	تاریخ
۸,۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۳
۸,۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۶
۸,۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۷
۸,۴۲	۱۴۰۳/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۸,۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۳
۸,۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۶
۸,۳۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۸
۸,۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۹
۸,۴۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۰

مقدار	تاریخ
۸,۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۲
۸,۳۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۴
۸,۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۶
۸,۳۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۹
۸,۳۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۱

CV%: 0.644	SD: 0.054	Mean: 8.352
------------	-----------	-------------

