

عنوان آزمایش : B2 Microglobulin-CLIA
عنوان دستگاه : هیتاچی ۹۱۷
سری ساخت : BP223
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
کنترل پاتولوژیک : عنوان کنترل :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰,۷۴۲	۰,۰۶۲	۸,۱۵۳	۸,۲۱۵	۸,۲۷۷	۸,۳۳۹	۸,۴۰۱	۸,۴۶۳	۸,۵۲۵

مقدار	تاریخ
۸,۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۵
۸,۳۹	۱۴۰۳/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۸,۲۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۴
۸,۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۶
۸,۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۸
۸,۳۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۱
۸,۲۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۸,۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۲
۸,۲۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۴
۸,۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۷
۸,۳۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۰
۸,۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۱

CV%: 0.616	SD: 0.051	Mean: 8.347
------------	-----------	-------------

