

عنوان آزمایش : B2 Microglobulin-CLIA
عنوان دستگاه : هیتاچی ۹۱۷
سری ساخت : BP223
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
کنترل پاتولوژیک : عنوان کنترل :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰,۶۵	۰,۰۵۴	۸,۱۸۲	۸,۲۳۶	۸,۲۹	۸,۳۴۴	۸,۳۹۸	۸,۴۵۲	۸,۵۰۶

مقدار	تاریخ
۸,۳۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۶
۸,۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۸,۳۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۴
۸,۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۶
۸,۳۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۹
۸,۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۱
۸,۳۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۳

مقدار	تاریخ
۸,۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۲
۸,۳۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۵
۸,۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۷
۸,۳۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۹
۸,۳۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۲

CV%: 0.397	SD: 0.033	Mean: 8.338
------------	-----------	-------------

