

عنوان آزمایش : B2 Microglobulin-CLIA
عنوان دستگاه : هیتاچی ۹۱۷
سری ساخت : BP223
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
کنترل پاتولوژیک : عنوان کنترل :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۷,۶۰۸	۰,۶۲	۶,۲۸۵	۶,۹۰۵	۷,۵۲۵	۸,۱۴۵	۸,۷۶۵	۹,۳۸۵	۱۰,۰۰۵

مقدار	تاریخ
۸,۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۴
۸,۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۸
۸,۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱

مقدار	تاریخ
۷,۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۴
۸,۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۷
۸,۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۹
۸,۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۱

مقدار	تاریخ
۸,۳۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۳
۸,۵۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۶
۸,۴۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۰
۷,۷۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۲

CV%: 3.697	SD: 0.306	Mean: 8.285
------------	-----------	-------------

